

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : immulit
سری ساخت : ۱۷۶۶
عنوان کنترل : premiumIII
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۷۳۹	۳.۸۱۴	۶۹.۰۴۱	۷۲.۸۵۵	۷۶.۶۶۹	۸۰.۴۸۳	۸۴.۲۹۷	۸۸.۱۱۱	۹۱.۹۲۵

مقدار	تاریخ
۷۹.۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۸۵.۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۸۶.۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۹

مقدار	تاریخ
۸۱.۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۷۹.۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۷۸.۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۷۴.۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۷۸.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۷۴.۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۸۵.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۸۵.۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۶

CV%: 4.881	SD: 3.933	Mean: 80.564
------------	-----------	--------------

