

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : immulit
سری ساخت : ۱۹۴۲
عنوان کنترل : premiumIII
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۱	۲.۸۶۷	۵۵.۹	۵۸.۷۶۷	۶۱.۶۳۳	۶۴.۵	۶۷.۳۶۷	۷۰.۲۳۳	۷۳.۱

مقدار	تاریخ
۶۷.۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۷۰.۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۶۱.۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۶۲.۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۷۰.۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۶۰.۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۶۲.۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۶۶.۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۶۲.۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۷۱.۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۶۳.۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۰.۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۳
۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶۳.۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۶۴.۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۶۶.۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۶۵.۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۶۸.۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۶۰.۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۷۰.۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۶۷.۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۶

مقدار	تاریخ
۵۸.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۶۵.۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۶۰.۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۵۸.۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۶۱.۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۶۸.۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۵۸.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۶۳.۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۶۱.۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۶۶.۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۶۴.۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۷۱.۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۲

CV%: 5.803	SD: 3.75	Mean: 64.623
------------	----------	--------------

