

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA  
عنوان دستگاه : immulit  
سری ساخت : ۱۹۴۲  
عنوان کنترل : premiumIII  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۵.۴۴۸	۳.۵۵۴	۵۴.۵۷۸	۵۸.۱۳۲	۶۱.۶۸۶	۶۵.۲۴	۶۸.۷۹۴	۷۲.۳۴۸	۷۵.۹۰۲

مقدار	تاریخ
۵۹.۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۶۶.۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۶۱.۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۶۳.۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۶۵.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۱

مقدار	تاریخ
۶۵.۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۶۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۶۳.۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۵۸.۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۶۲.۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۵۸.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۵۸.۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۶۴.۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۶۱.۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۷۱.۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۵۹.۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۶۱.۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۶۶.۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۶۳.۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۶۳.۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۶۳.۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۶۸.۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۵۹.۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲

CV%: 5.126	SD: 3.23	Mean: 63.021
------------	----------	--------------

