

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : immulit
سری ساخت : ۱۹۴۲
عنوان کنترل : premiumIII
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۲۸۱	۳.۳۴۳	۵۳.۲۷۴	۵۶.۶۱۷	۶۳.۳۰۳	۶۶.۶۴۶	۶۹.۹۸۹	۷۳.۲۲۲

مقدار	تاریخ
۶۴.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷۰.۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۹.۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۶۶.۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۵۹.۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶۳.۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۶.۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۱

مقدار	تاریخ
۶۹.۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۶۱.۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۷۲.۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۵۹.۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۷۰.۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۶۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶۴.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۶۱.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۶۷.۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۶۹.۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۵۹.۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۵۷.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۶۳.۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۶۸.۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۵۹.۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۵۹.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۵۹.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۶۵.۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۵۷.۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۶۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۳

CV%: 6.916	SD: 4.46	Mean: 64.493
------------	----------	--------------

