

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : immulit
سری ساخت : ۱۷۶۵
عنوان کنترل : premiumII
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۱	۲.۸۶۷	۳۴.۲۹۹	۳۷.۱۶۶	۴۰.۰۳۳	۴۲.۹	۴۵.۷۶۷	۴۸.۶۳۴	۵۱.۵۰۱

مقدار	تاریخ
۴۳.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۴۴.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۴۴.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۴

مقدار	تاریخ
۴۳.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۹.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴۴.۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۳
۴۶.۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴۱.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۳۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۳.۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴۱.۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۴۶.۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۵.۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۴۷.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۴۶.۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹

CV%: 5.686	SD: 2.486	Mean: 43.719
------------	-----------	--------------

