

عنوان کنترل : premiumII
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

سری ساخت : ۱۸۱۲

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : immulit

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۱	۲.۳	۳۹.۴	۴۲.۷	۴۶	۴۹.۳	۵۲.۶	۵۵.۹	۵۹.۲

مقدار	تاریخ
۴۷.۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۳.۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۴۵.۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۴۳.۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶

مقدار	تاریخ
۵۲.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۴۶.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۴۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۴۵.۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۴۴.۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۹.۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۱

مقدار	تاریخ
۴۳.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۹.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۵۲.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۴۳.۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴۸.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۴۷.۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۴

CV%: 7.043	SD: 3.277	Mean: 46.525
------------	-----------	--------------

