

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA

عنوان دستگاه : زیمنس

سری ساخت : 1765

عنوان کنترل :

premiunII

شروع کنترل : 1400/09/25

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
51.501	48.634	45.767	42.9	40.033	37.166	34.299	2.867	5.1

تاریخ	مقدار
02/10/1400	47.2

تاریخ	مقدار
29/09/1400	43.9
30/09/1400	47.4
01/10/1400	44.8

تاریخ	مقدار
25/09/1400	38.6
27/09/1400	38.3
28/09/1400	36.9

Mean: 42.443	SD: 4.426	CV%: 10.428
--------------	-----------	-------------

