

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA  
عنوان دستگاه : زیمنس  
عنوان کنترل : premiumII  
سری ساخت : ۱۷۶۵/  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

%CV	SD	SD <sub>1</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۷.۰۱۸	۳.۰۷۸	۳۴.۶۱۹	۳۷.۶۹۷	۴۰.۷۷۵	۴۳.۸۵۳	۴۶.۹۳۱	۵۰.۰۰۹	۵۳.۰۸۷

مقدار	تاریخ
۴۶.۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۳.۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۴۳.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۴۶.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۱.۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۴۴.۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۴.۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۸.۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷

CV%: 5.556	SD: 2.469	Mean: 44.444
------------	-----------	--------------

