

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA  
 عنوان دستگاه : زیمنس  
 عنوان کنترل : premiumII  
 شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱  
 سری ساخت : EC۱۷۵۲

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۵.۱	۱.۳۳۳	۱۶.۰۰۱	۱۷.۳۳۴	۱۸.۶۶۷	۲۰	۲۱.۳۳۳	۲۲.۶۶۶	۲۳.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۲

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷

CV%: 8.777	SD: 1.833	Mean: 20.889
------------	-----------	--------------

