

عنوان کنترل : premiumII

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱

سری ساخت : EC۱۷۵۲

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA

عنوان دستگاه : زیمنس

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۱	۱.۳۳۳	۱۶.۰۰۱	۱۷.۳۳۴	۱۸.۶۶۷	۲۰	۲۱.۳۳۳	۲۲.۶۶۶	۲۳.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۸

CV%: 7.274	SD: 1.528	Mean: 21
------------	-----------	----------

