

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۳۰۱

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

| %CV | SD    | SD <sub>2</sub> - | SD <sub>3</sub> - | SD <sub>1</sub> - | MEAN  | SD <sub>1</sub> | SD <sub>2</sub> | SD <sub>3</sub> |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵.۱ | ۱.۰۱۳ | ۷.۱۲۱             | ۸.۱۳۴             | ۹.۱۴۷             | ۱۰.۱۶ | ۱۱.۱۷۳          | ۱۲.۱۸۶          | ۱۳.۱۹۹          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۹.۹   | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
| ۹.۶   | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
| ۱۰.۳  | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
| ۹.۸   | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
| ۱۰.۵  | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
| ۱۱    | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
| ۱۰    | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۰.۳  | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
| ۱۰    | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
| ۹.۸   | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
| ۸.۷   | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
| ۱۰.۴  | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
| ۱۱    | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
| ۹.۸   | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
| ۱۰.۶  | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
| ۱۰.۳  | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۱.۲  | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
| ۱۱.۳  | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
| ۱۱    | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
| ۱۰.۶  | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
| ۱۰.۲  | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
| ۹.۸   | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
| ۹.۷   | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
| ۱۰.۲  | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
| ۱۰.۵  | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 5.725 | SD: 0.587 | Mean: 10.26 |
|------------|-----------|-------------|

