

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۲/۲۴:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱/

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۱	۱.۲۴۷	۸.۷۱۹	۹.۹۶۶	۱۱.۲۱۳	۱۲.۴۶	۱۳.۷۰۷	۱۴.۹۵۴	۱۶.۲۰۱

مقدار	تاریخ
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۱۱.۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۱۲.۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۲.۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۱۱.۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۱۰.۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۰.۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱۰.۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۲.۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۱۲.۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۱.۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۷
۱۱.۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۱۲.۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۱.۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۰.۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵

CV%: 6.304	SD: 0.733	Mean: 11.621
------------	-----------	--------------

