

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۰۱:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۳۰۱/

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۱	۱.۰۱۳	۷.۱۲۱	۸.۱۳۴	۹.۱۴۷	۱۰.۱۶	۱۱.۱۷۳	۱۲.۱۸۶	۱۳.۱۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۹.۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۹.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۰.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۹.۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۰.۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۹.۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۱۰.۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۹.۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۰.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۹.۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۹.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۹.۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۱۰.۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۱۰.۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹

CV%: 4.768	SD: 0.483	Mean: 10.132
------------	-----------	--------------

