

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۰۱:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۳۰۱/

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۷۶۸	۰.۴۸۳	۸.۶۸۳	۹.۱۶۶	۹.۶۴۹	۱۰.۱۳۲	۱۰.۶۱۵	۱۱.۰۹۸	۱۱.۵۸۱

مقدار	تاریخ
۹.۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۰.۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۰.۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۰.۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۰.۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۰.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۱۰.۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵

مقدار	تاریخ
۹.۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۰.۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۹.۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۹.۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۹.۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۹.۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۹.۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۲

CV%: 5.504	SD: 0.565	Mean: 10.263
------------	-----------	--------------

