

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۰۱:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۳/

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۴۴۱	۳.۳۰۴	۶۴.۴۷۵	۶۷.۷۷۹	۷۱.۰۸۳	۷۴.۳۸۷	۷۷.۶۹۱	۸۰.۹۹۵	۸۴.۳۹۹

مقدار	تاریخ
۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۷۵.۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۸۰.۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۷۳.۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۷۶.۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷۱.۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۸۰.۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۷۴.۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۷۶.۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۷۸.۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۸۰.۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰

CV%: 3.713	SD: 2.853	Mean: 76.835
------------	-----------	--------------

