

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

| %CV | SD | SD ₁ - | SD ₂ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₂ |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵.۱ | ۱.۲۶۳ | ۸.۸۲۱ | ۱۰.۰۸۴ | ۱۱.۳۴۷ | ۱۲.۶۱ | ۱۳.۸۷۳ | ۱۵.۱۳۶ | ۱۶.۳۹۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۱.۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
| ۱۰.۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
| ۱۱.۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
| ۱۱.۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
| ۱۱.۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۱.۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
| ۱۲.۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
| ۱۱.۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
| ۱۱.۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
| ۱۲.۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۱۱.۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۲.۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
| ۱۲.۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
| ۱۱.۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
| ۱۱.۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
| ۱۱.۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
| ۱۲.۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 5.358 | SD: 0.634 | Mean: 11.841 |
|------------|-----------|--------------|

