

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۴۸۹	۰.۶۳۷	۹.۶۸۶	۱۰.۳۳۳	۱۰.۹۶	۱۱.۵۹۷	۱۲.۲۳۴	۱۲.۸۷۱	۱۳.۵۰۸

مقدار	تاریخ
۱۱.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۳.۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۱.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۰.۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۱.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۱.۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۲.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸

CV%: 5.076	SD: 0.587	Mean: 11.567
------------	-----------	--------------

