

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

| %CV | SD | SD ² - | SD ² - | SD ¹ - | MEAN | SD ¹ | SD ² | SD ² |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۳.۴۵ | ۳.۲۶۳ | ۱۴.۴۷۴ | ۱۷.۷۳۷ | ۲۱ | ۲۴.۲۶۳ | ۲۷.۵۲۶ | ۳۰.۷۸۹ | ۳۴.۰۵۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
| ۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
| ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
| ۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
| ۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
| ۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۲.۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
| ۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
| ۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
| ۱۹.۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
| ۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |

| | | |
|-------------|-----------|--------------|
| CV%: 15.631 | SD: 3.495 | Mean: 22.359 |
|-------------|-----------|--------------|

