

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۸۵۲	۵,۱۸۳	۹۱,۲۵۸	۹۶,۴۴۱	۱۰۱,۶۲۴	۱۰۶,۸۰۷	۱۱۱,۹۹	۱۱۷,۱۷۳	۱۲۲,۳۵۶

مقدار	تاریخ
۱۱۷,۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۹۸,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۱۰۳,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۱۱۱,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۱۲,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۰۷,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۰۴,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

CV%: 5.795	SD: 6.221	Mean: 107.345
------------	-----------	---------------

