

عنوان کنترل : بولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA  
عنوان دستگاه : simense  
سری ساخت : .

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۱	۳,۷۳۳	۵۷,۳۰۱	۶۱,۰۳۴	۶۴,۷۶۷	۶۸,۵	۷۲,۲۳۳	۷۵,۹۶۶	۷۹,۶۹۹

مقدار	تاریخ
۷۱,۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۶۸,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۷۲,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۷۱,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۶۱,۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۶۰,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۶۷,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۶۱,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۶۳,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۷۶,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶۴,۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۶۸,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۷۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۲,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۷۹,۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۶۶,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶
۵۹,۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷۱,۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۷۴,۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۶۴,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲

CV%: 8.052	SD: 5.49	Mean: 68.179
------------	----------	--------------

