

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۳.۴۵	۳.۲۶۳	۱۴.۴۷۴	۱۷.۷۳۷	۲۱	۲۴.۲۶۳	۲۷.۵۲۶	۳۰.۷۸۹	۳۴.۰۵۲

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۸.۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۳۳.۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۳۲.۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۸
۱۹.۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۳
۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷

CV%: 14.336	SD: 3.178	Mean: 22.166
-------------	-----------	--------------

