

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۲۹:

سری ساخت : ۹۹۳۰۲

عنوان آزمایش : Blood Galactose
عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲.۱۰۸	۱.۲۷۶	۵.۹۰۵	۷.۱۸۱	۸.۴۵۷	۹.۷۳۳	۱۱.۰۰۹	۱۲.۲۸۵	۱۳.۵۶۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۹.۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۹.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱

CV%: 6.789	SD: 0.65	Mean: 9.575
------------	----------	-------------

