

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۵/۰۳:

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱-

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۱	۱.۰۵۷	۷.۳۵۹	۸.۴۱۶	۹.۴۷۳	۱۰.۵۳	۱۱.۵۸۷	۱۲.۶۴۴	۱۳.۷۰۱

مقدار	تاریخ
۹.۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۹.۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱۰.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۸.۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۹.۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۹.۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۸.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۹.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۸.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۱۰.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۸.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۹.۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۹.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۸.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۸.۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۸.۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۸.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۹.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۸.۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۹.۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۰.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۸.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴

CV%: 6.789	SD: 0.63	Mean: 9.286
------------	----------	-------------

