

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۹۰۳	۶,۴۲۵	۸۹,۵۶۸	۹۵,۹۹۳	۱۰۲,۴۱۸	۱۰۸,۸۴۳	۱۱۵,۲۶۸	۱۲۱,۶۹۳	۱۲۸,۱۱۸

مقدار	تاریخ
۱۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۰۵,۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۹۸,۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۰۰,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۰۰,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۰۹,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۱۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۱۰,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۱۴,۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۱۳,۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۰۰,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹

CV%: 4.836	SD: 5.172	Mean: 106.943
------------	-----------	---------------

