

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

CA 15-3-CLIA

عنوان آزمایش :

abbot

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۴۹	۰.۶۳۲	۱۲.۱۷۱	۱۲.۸۰۳	۱۳.۴۳۵	۱۴.۰۶۷	۱۴.۶۹۹	۱۵.۳۳۱	۱۵.۹۶۳

مقدار	تاریخ
۱۴.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۱۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱۵.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۱۵.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴.۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱۳.۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱۳.۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۱۳.۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۱۵.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۱۵.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۱۳.۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱۳.۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۱۲.۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۱۳.۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱۲.۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 6	SD: 0.842	Mean: 14.032
--------	-----------	--------------