

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۹۶۷	۰.۵۸۶	۱۳.۰۱۵	۱۳.۶۰۱	۱۴.۱۸۷	۱۴.۷۷۳	۱۵.۳۵۹	۱۵.۹۴۵	۱۶.۵۳۱

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱۴.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۱۵.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۱۵.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۱۴.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۳.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۱۵.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱۵.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۵.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۱۳.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۴.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۵.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۵.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۱۴.۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۱۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۱۴.۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹

CV%: 4.2	SD: 0.621	Mean: 14.782
----------	-----------	--------------