

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴.۷۶۴	۳.۹۷۴	۷۱.۵۰۱	۷۵.۴۷۵	۷۹.۴۴۹	۸۳.۴۲۳	۸۷.۳۹۷	۹۱.۳۷۱	۹۵.۳۴۵

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۸۶.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۷۹.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۷۹.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۸۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۸۲.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۷۹.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 5.004	SD: 4.09	Mean: 81.722
------------	----------	--------------

