

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

CA 15-3-CLIA

عنوان آزمایش :

abbot

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۵.۹۱۳	۰.۸۵۴	۱۱.۸۸۱	۱۲.۷۳۵	۱۴.۴۴۳	۱۵.۳۹۷	۱۶.۱۵۱	۱۷.۰۰۵

مقدار	تاریخ
۱۳.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱۴.۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱۳.۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۱۳.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱۴.۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۳.۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۱۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۱۵.۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۱۳.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۱۳.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۳.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۳.۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۱۳.۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۱۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۱۴.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱۳.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱۳.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۱۳.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱۴.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۴.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 4.167	SD: 0.584	Mean: 14.008
------------	-----------	--------------