

multichem I : عنوان کنترل : CA 19-9 : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ : ۳۴۳۱۲۲۰۱ : سری ساخت : ABBBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۵.۳	۱.۹۷۶	۳۱.۳۴۴	۳۳.۳۳	۳۵.۲۹۶	۳۷.۲۷۳	۳۹.۲۴۸	۴۱.۲۲۴	۴۳.۲

مقدار	تاریخ
۳۳.۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۳۴.۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۳۳.۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۳۴.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۳۳.۹	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۷.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۴.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۳۹.۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۳۸.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۳۶.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۸.۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۳۶.۳	۱۴۰۰/۱۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۶.۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۳۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۳۷.۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۳۶.۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۶.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۶.۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۳۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۴.۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱

CV%: 4.929	SD: 1.778	Mean: 36.072
------------	-----------	--------------

