

Tumormarker II : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۱۲/۰۳:

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۴۸۳۵۹۹ :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۸	۶.۷	۷۵.۸	۸۲.۵	۸۹.۲	۹۵.۹	۱۰۲.۶	۱۰۹.۳	۱۱۶

مقدار	تاریخ
۹۳.۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۸۵.۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۹۹.۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۸۳.۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵

مقدار	تاریخ
۱۰۱.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۸۵.۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۸۳.۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵

CV%: 11.084	SD: 10.293	Mean: 92.863
-------------	------------	--------------

