

راندوم I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

سری ساخت : -/۱۷۵۲

عنوان آزمایش : CA 19-9
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۷۶۳	۰.۹۶۴	۲۲.۷۱۴	۲۳.۶۷۸	۲۴.۶۴۳	۲۵.۶۰۶	۲۶.۵۷	۲۷.۵۳۴	۲۸.۴۹۸

مقدار	تاریخ
۲۶.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۲۵.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۲۶.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۴.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۲۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۷.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۴.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۵.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۴.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۵.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۶.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۶.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۶.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۴.۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۴.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۶.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 3.095	SD: 0.791	Mean: 25.546
------------	-----------	--------------

