

راندوم I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

سری ساخت : -/۱۷۵۲

عنوان آزمایش : CA 19-9  
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۲.۲۶۶	۰.۵۸۳	۲۲.۹۷۴	۲۴.۵۵۷	۲۵.۱۴	۲۵.۷۲۳	۲۶.۳۰۶	۲۶.۸۸۹	۲۷.۴۷۲

مقدار	تاریخ
۲۵.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۲۶.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۲۵.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۲۶.۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۶.۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۲۶.۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۶.۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۲۵.۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۲۴.۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۲۶.۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۴.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۲۵.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۵.۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۵.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۲۵.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲۵.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۶.۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

CV%: 2.24	SD: 0.577	Mean: 25.762
-----------	-----------	--------------

