

عنوان آزمایش : CA 19-9

عنوان دستگاه : الیزا ریدر

سری ساخت : 46366

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1400/04/14

I کنترل داخل کیت

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
46.001	42.334	38.667	35	31.333	27.666	23.999	3.667	6.2

تاریخ	مقدار
26/04/1400	36

تاریخ	مقدار
21/04/1400	38.8
23/04/1400	38

تاریخ	مقدار
16/04/1400	37
19/04/1400	39

Mean: 37.76	SD: 1.26	CV%: 3.337
-------------	----------	------------

