


multichem I : عنوان کنترل : CA 19-9 : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ : ۳۳۴۰۲۲۰۱ : سری ساخت : ABBBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۸.۵	۲.۵۸۳	۲۵.۰۰۱	۲۸.۵۸۴	۳۲.۱۶۷	۳۵.۷۵	۳۹.۲۳۳	۴۲.۹۱۶	۴۶.۴۹۹

مقدار	تاریخ
۳۶.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۵

مقدار	تاریخ
۳۵.۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۳۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۲

CV%: 2.537	SD: 0.918	Mean: 36.175
------------	-----------	--------------



PERCI CONTROL-  
TUMOR MARKER-H

عنوان کنترل :

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۸/۲۷:

CA 19-9 : عنوان آزمایش

سری ساخت : ۴۰۵۸۴۳

ELECSYS : عنوان دستگاه

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۴.۸	۶.۶۱۷	۷۵.۲۹۹	۸۱.۹۱۶	۸۸.۵۳۳	۹۵.۱۵	۱۰۱.۷۶۷	۱۰۸.۳۸۴	۱۱۵.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۸۵.۵۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۸۵.۵۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۸۸.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۹۲.۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۰۳.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۰۳.۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۹۴.۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۹۶.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۹۳.۳۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۸۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۹۴.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۹۳.۹۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۸۸.۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۷

CV%: 6.993	SD: 6.561	Mean: 93.818
------------	-----------	--------------

