

multichem I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۱/۱۸:

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۸.۵	۳.۶۱۷	۲۵.۲۹۹	۲۸.۹۱۶	۳۶.۱۵	۳۹.۷۶۷	۴۳.۳۸۴	۴۷.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۳۴.۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۳۶.۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۴.۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۳۴.۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶

مقدار	تاریخ
۳۹.۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳۵.۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۳۵.۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۳۳.۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۳۵.۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۷.۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۶.۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۴۱.۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۴۱.۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۳۹.۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۳۷.۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴

CV%: 7.215	SD: 2.688	Mean: 37.262
------------	-----------	--------------

