

Tumor marker I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۴/۲۳:

CA 19-9 : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۵۲۳۹۶۰

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۱۱۵	۰.۶۷۳	۱۴.۳۲۶	۱۴.۹۹۹	۱۵.۶۷۳	۱۶.۳۴۵	۱۷.۰۱۸	۱۷.۶۹۱	۱۸.۳۶۴

مقدار	تاریخ
۱۶.۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۶.۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۶.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۱۷.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۱۷.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۶.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۶.۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۶.۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۷.۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۷.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۱۷.۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۷.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۶.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۷.۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۳

CV%: 3.177	SD: 0.537	Mean: 16.895
------------	-----------	--------------

