

multichem I : عنوان کنترل : CA 19-9 : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ : سری ساخت : ۵۰۰۶۱۱۳ : ABBBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۸.۹	۳.۶۱۷	۲۵.۳۹۹	۲۹.۰۱۶	۳۶.۲۵	۳۹.۸۶۷	۴۳.۴۸۴	۴۷.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۳۶.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۵.۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۳۵.۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳

مقدار	تاریخ
۳۶.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۳۱.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۵.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۳.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۳۵.۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۳۳.۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۳۶.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۷.۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۳۳.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۷.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰

CV%: 5.717	SD: 2.025	Mean: 35.427
------------	-----------	--------------

