

multichem I : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : CA 19-9  
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ : سری ساخت : ۵۰۰۶۱۱۳ : ABBBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۸.۹	۳.۶۱۷	۲۵.۳۹۹	۲۹.۰۱۶	۳۲.۶۳۳	۳۶.۲۵	۳۹.۸۶۷	۴۳.۴۸۴	۴۷.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۳۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۳۲.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۵.۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۳۳.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۳۴.۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۵.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۶.۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۶.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۵.۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۳۵.۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۴.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۳۳.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۲.۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۳۴.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۶.۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۳۱.۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۳۱.۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۶.۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۳۵.۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۳۶.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۷.۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۳۳.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۷.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۶.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۳۱.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۵.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۳.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۳۵.۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۳۲.۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

CV%: 5.479	SD: 1.902	Mean: 34.709
------------	-----------	--------------

