

multichem I : عنوان کنترل : CA 19-9 : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ : سری ساخت : ۳۳۰۲۲۰۱ : ABBBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۸.۵	۲.۵۸۳	۲۵.۰۰۱	۲۸.۵۸۴	۳۲.۱۶۷	۳۵.۷۵	۳۹.۲۳۳	۴۲.۹۱۶	۴۶.۴۹۹

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۲۹.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۳۳.۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳۲.۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
		۳۳.۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۳۲.۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
		۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۳۵.۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
CV%: 6.14		SD: 2.024		Mean: 32.966	

