

multichem I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۱۳:

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : -//۳۴۳۱۲۳۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۵	۳.۶۱۷	۲۵.۲۹۹	۲۸.۹۱۶	۳۲.۵۳۳	۳۶.۱۵	۳۹.۷۶۷	۴۳.۳۸۴	۴۷.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۳۹.۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۳۶.۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۴۱.۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۷.۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۳۹.۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۴۰.۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵

CV%: 8.659	SD: 3.249	Mean: 37.522
------------	-----------	--------------

