

Tumor marker I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۲۳:

سری ساخت : ۵۲۳۹۶۰

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۸	۱.۷	۱۳.۸	۱۵.۵	۱۷.۲	۱۸.۹	۲۰.۶	۲۲.۳	۲۴

مقدار	تاریخ
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۱۸.۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۶.۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۶.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۱۷.۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۷.۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۱۶.۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۲.۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۶.۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۷.۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷.۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۶.۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۱۷.۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۷.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۷.۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱۶.۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۸.۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۷.۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۷.۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۱۸.۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹

CV%: 9.459	SD: 1.693	Mean: 17.893
------------	-----------	--------------

