

Tumor marker I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۲۳:

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۲۳۹۶۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۴۵۹	۱.۶۹۳	۱۲.۸۱۴	۱۴.۵۰۷	۱۶.۲	۱۷.۸۹۳	۱۹.۵۸۶	۲۱.۲۷۹	۲۲.۹۷۲

مقدار	تاریخ
۱۷.۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۱۵.۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱۹.۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۵.۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۶.۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۱۶.۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۶.۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۱۷.۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۸.۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۱۷.۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۵.۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۱۸.۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۰

CV%: 6.622	SD: 1.142	Mean: 17.241
------------	-----------	--------------

