

Tumor marker I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۴/۲۳:

سری ساخت : ۵۲۳۹۶۰

CA 19-9 : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۴۱۴	۱.۰۶۹	۱۳.۴۵۹	۱۴.۵۲۸	۱۵.۵۹۷	۱۶.۶۶۶	۱۷.۷۳۵	۱۸.۸۰۴	۱۹.۸۷۳

مقدار	تاریخ
۱۶.۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۶.۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۱۶.۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱۵.۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳
۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۱۵.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۶.۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۵.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۱۷.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۱۶.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۱۵.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱

CV%: 4.315	SD: 0.699	Mean: 16.208
------------	-----------	--------------

