

Tumor marker I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۲۳:

سری ساخت : ۵۲۳۹۶۰

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۳۳۵	۰.۶۸۲	۱۴.۰۶۷	۱۴.۷۴۹	۱۶.۱۱۳	۱۶.۷۹۵	۱۷.۴۷۷	۱۸.۱۵۹

مقدار	تاریخ
۱۶.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۶.۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۱۷.۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۱۵.۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵.۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۶.۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۶.۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۱۵.۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۵.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۷.۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۵.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۵.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۱۶.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۰

CV%: 3.843	SD: 0.63	Mean: 16.387
------------	----------	--------------

