

multichem I : عنوان کنترل : CA 19-9 : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ : سری ساخت : ۵۰۰۶۱۱۳ : ABBBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۴.۸۴۲	۱.۶۶۵	۲۹.۳۹۸	۳۱.۰۶۳	۳۲.۷۲۸	۳۴.۳۹۳	۳۶.۰۵۸	۳۷.۷۲۳	۳۹.۲۸۸

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۳۵.۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۶.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۳۵.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۳۱.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۳۱.۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۱.۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۳۶.۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۳۲.۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۴.۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳۵.۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۳۶.۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۹

CV%: 5.143	SD: 1.773	Mean: 34.469
------------	-----------	--------------

