

عنوان آزمایش : CA 19-9  
عنوان دستگاه : simense  
سری ساخت : ۰۱  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۱۵	۲	۳۰.۸	۳۲.۸	۳۴.۸	۳۶.۸	۳۸.۸	۴۰.۸	۴۲.۸

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵

CV%: 10.551	SD: 3.71	Mean: 35.167
-------------	----------	--------------

