

multichem I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۳/۲۹:

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱ /

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۸.۹	۲.۴۶۷	۲۴.۲۹۹	۲۷.۷۶۶	۳۱.۲۳۳	۳۴.۷	۳۸.۱۶۷	۴۱.۶۳۴	۴۵.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۳۱.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۳۴.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۳۳.۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۳۷.۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۳۴.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۳۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۳۱.۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۳۱.۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۳۳.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۳۶.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۳۱.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۳۵.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۷.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۲.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳۰.۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۳۴.۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۹.۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۳۰.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۲
۳۱.۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۳۱.۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳۱.۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۲.۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۳۴.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰

CV%: 7.821	SD: 2.625	Mean: 33.568
------------	-----------	--------------

