

multichem I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۳/۲۹:

CA 19-9 : عنوان آزمایش :  
ABBOTT : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۶.۱۰۸	۲.۰۸۷	۲۷.۹۰۶	۲۹.۹۹۳	۳۲.۰۸	۳۴.۱۶۷	۳۶.۲۵۴	۳۸.۳۴۱	۴۰.۴۲۸

مقدار	تاریخ
۳۶.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۳.۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۳۳.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۳۷.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶

مقدار	تاریخ
۳۶.۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۳۳.۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳۵.۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۳۴.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۳۰.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۳۰.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۳۶.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۳۴.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۲.۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۳۲.۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۳۵.۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۳۲.۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۴.۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳۲.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۳۷.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱

CV%: 5.854	SD: 2.003	Mean: 34.214
------------	-----------	--------------

