

permium plus II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

CA 19-9 : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : EC۲۱۰۷

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۷,۱۸۴	۹,۹۶۸	۱۰۸,۸۴۶	۱۱۸,۸۱۴	۱۲۸,۷۸۲	۱۳۸,۷۵	۱۴۸,۷۱۸	۱۵۸,۶۸۶	۱۶۸,۶۵۴

مقدار	تاریخ
۱۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹

CV%: 6.879	SD: 10.257	Mean: 149.1
------------	------------	-------------

