

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : CA 19-9
 عنوان دستگاه : simense
 عنوان کنترل : عنوان کنترل : randox I
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
 سری ساخت : ۱۷۵۲-

| %CV | SD | SD ^۲ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۲ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴.۵۷۲ | ۱.۱۳۴ | ۲۱.۴۰۵ | ۲۲.۵۳۹ | ۲۳.۶۷۳ | ۲۴.۸۰۷ | ۲۵.۹۴۱ | ۲۷.۰۷۵ | ۲۸.۲۰۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
| ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
| ۲۳.۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
| ۲۳.۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
| ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
| ۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
| ۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
| ۲۴.۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
| ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
| ۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
| ۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
| ۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
| ۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
| ۲۵.۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
| ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
| ۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
| ۲۳.۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
| ۲۳.۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
| ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 3.862 | SD: 0.953 | Mean: 24.681 |
|------------|-----------|--------------|